



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Telefon: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49[0]7433-9933-149
Hjemmeside: www.kern-sohn.com

Brugermanual

Vægt med gelænder til medicinsk brug

KERN MTA

MTA 400K-1M
MTA 400K-1NM
Version 3.2
2018-12
DK



MTA-M-BA-dk-1832

- D** Weitere Sprachversionen finden Sie online unter www.kern-sohn.com/manuals
- BG** Други езикови версии ще намерите в сайта www.kern-sohn.com/manuals
- DK** Flere sprogudgaver findes på websiden www.kern-sohn.com/manuals
- EST** Muud keeleversioonid leiate Te leheküljel www.kern-sohn.com/manuals
- E** Más versiones de idiomas se encuentran online bajo www.kern-sohn.com/manuals
- GR** Άλλες γλωσσικές αποδόσεις θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.kern-sohn.com/manuals
- F** Vous trouverez d'autres versions de langue online sous www.kern-sohn.com/manuals
- LV** Citas valodu versijas atradīsiet vietnē www.kern-sohn.com/manuals
- FIN** Muut kieliversiot löytyvät osoitteesta www.kern-sohn.com/manuals
- LT** Kitas kalbines versijas rasite svetainėje www.kern-sohn.com/manuals
- GB** Further language versions you will find online under www.kern-sohn.com/manuals
- RO** Alte versiuni lingvistice veți găsi pe site-ul www.kern-sohn.com/manuals
- I** Trovate altre versioni di lingue online in www.kern-sohn.com/manuals
- SK** Iné jazykové verzie nájdete na stránke www.kern-sohn.com/manuals
- NL** Bijkomende taalversies vindt u online op www.kern-sohn.com/manuals
- SLO** Druge jezikovne različice na voljo na spletni strani www.kern-sohn.com/manuals
- P** Encontram-se online mais versões de línguas em www.kern-sohn.com/manuals
- CZ** Jiné jazykové verze najdete na stránkách www.kern-sohn.com/manuals
- PL** Inne wersje językowe znajdą Państwo na stronie www.kern-sohn.com/manuals
- SE** Övriga språkversioner finns här: www.kern-sohn.com/manuals
- H** A további nyelvi változatok a következő oldalon találhatóak: www.kern-sohn.com/manuals
- HR** Druge jezične verzije su dostupne na stranici: www.kern-sohn.com/manuals
- NO** Andre språkversjoner finnes det på www.kern-sohn.com/manuals



KERN MTA
Version 3.2 2018-12
Brugermanual
Vægt med gelænder

Indholdsfortegnelse

1	Tekniske data.....	5
2	Overensstemmelseserklæring.....	9
2.1	Forklaring af grafiske symboler for medicinsk udstyr.....	9
3	Oversigt over udstyret.....	12
4	Oversigt over tastatur.....	14
5	Oversigt over visninger.....	15
6	Grundlæggende anvisninger.....	16
6.1	Anvendelse.....	16
6.2	Hensigtsmæssig anvendelse.....	16
6.3	Uhensigtsmæssig anvendelse.....	17
6.4	Garanti.....	17
6.5	Tilsyn med kontrolforanstaltninger.....	17
7	Generelle sikkerhedsanvisninger.....	18
7.1	Overholdelse af anvisninger indeholdt i brugermanualen.....	18
7.2	Oplæring af personale.....	18
7.3	Undgåelse af kontaminering.....	18
7.4	Hensigtsmæssig anvendelse.....	18
8	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).....	19
8.1	Generelle oplysninger.....	19
8.2	Elektromagnetiske forstyrrelser.....	20
8.3	Immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser.....	21
8.3.1	Grundlæggende funktionelle parametre.....	23
8.4	Mindste afstande.....	23
9	Transport og opbevaring.....	24
9.1	Modtagelseskontrol.....	24
9.2	Emballage/returtransport.....	24
10	Udpakning, opstilling og idriftsættelse.....	25
10.1	Opstillings- og anvendelsessted.....	25
10.2	Udpakning.....	25
10.3	Leveringsomfang.....	26
10.4	Montage og opstilling af vægten.....	26
10.5	Netforsyning.....	29
10.6	Drift på akkumulatorer med valgfri tilgængelig akkumulator.....	30
10.7	Drift på batterier.....	31
10.8	Idriftsættelse.....	33
11	Drift.....	33
11.1	Vejning.....	33
11.2	Tarering.....	34
11.2.1	Taraovervågning.....	35

11.3	„Hold” funktion	35
11.4	Visning af yderligere tal efter komma	35
11.5	Bestemmelse af legemsmasseindeks (Body Mass Index)	36
11.5.1	Bestemmelse af legemsmasseindeks (Body Mass Index)	36
11.5.2	Klassificering af BMI værdier	37
11.6	Automatisk slukningsfunktion (Auto Off).....	38
11.7	Baggrundsllys i display	39
12	Menu	40
12.1	Navigering i menuen:	40
12.2	Oversigt over menuen.....	41
13	RS-232 interface	44
13.1	Tildeling af pin i vægtens udgangs port.....	44
13.2	Tekniske data	44
13.3	Printerens indstilling.....	45
14	Fejlmeddelelser	46
15	Vedligeholdelse, opretholdelse af vægten i funktionsdygtig tilstand og bortskaffelse	47
15.1	Rengøring	47
15.2	Rengøring/desinfektion	47
15.3	Sterilisering	47
15.4	Vedligeholdelse, opretholdelse af vægten i funktionsdygtig tilstand	47
15.5	Bortskaffelse	47
16	Hjælp i tilfælde af mindre driftssvigt	48
17	Verifikation.....	49
17.1	Verifikationens gyldighedsperiode (den aktuelle status i Tyskland)	51
18	Kalibrering	52

1 Tekniske data

KERN (Type)	MTA 400K-1NM
Handelsbetegnelse	MTA 400K-1M
Aflæsningsnøjagtighed (d)	0,1 kg/0,2 kg
Vejeområde (Max)	300 kg/400 kg
Min. vægt (Min)	2 kg/4 kg
Verifikationsdelingsværdi (e)	0,1 kg/0,2 kg
Verifikationsklasse	III
Reproducerbarhed	0,1 kg/0,2 kg
Linearitet	±0,1 kg/±0,2 kg
Anbefalet kalibreringslod (klasse)	400 kg (M1)
Vægtenheder	kg
Opvarmningstid	10 min
Strømforsyning	Indgangsspænding 100–240 V, 50/60 Hz
Driftstemperatur	10°C...+40°C
Luftfugtighed	maks. 80% (ingen kondens)
Mål (B × D × H) [mm]	displayets hus: 200 × 128 × 55 vægtens platform: 780 × 680 × 68 vejeoverflade: 600 × 600
Vægt (netto) [kg]	40
Verifikation i henhold til direktivet 2014/31/EU	klasse III
Medicinsk udstyr i henhold til direktivet 93/42/EØF	klasse I, med målefunktion

Drift på akkumulatorer (valgfri)	arbejdstid med tændt baggrundsllys: 20 h arbejdstid med slukket baggrundsllys: 40 h opladningstid: 12 h 6 x 1.2 V 2000 mA
RS-232 interface	✓
Stativ	højde: 94 cm

KERN (Type)	MTA 400K-1M
Aflæsningsnøjagtighed (d)	0,1 kg/0,2 kg
Vejeområde (Max)	300 kg/400 kg
Min. vægt (Min)	2 kg/4 kg
Verifikationsdelingsværdi (e)	0,1 kg/0,2 kg
Verifikationsklasse	III
Reproducerbarhed	0,1 kg/0,2 kg
Linearitet	±0,1 kg/±0,2 kg
Anbefalet kalibreringslod (klasse)	400 kg (M1)
Vægtenheder	kg
Opvarmningstid	10 min
Strømforsyning	Indgangsspænding 100–240 V, 50/60 Hz
Driftstemperatur	10°C...+40°C
Luffugtighed	maks. 80% (ingen kondens)
Mål (B × D × H) [mm]	displayets hus: 200 × 128 × 55 vægtens platform: 780 × 680 × 68 vejeoverflade: 600 × 600
Vægt (netto) [kg]	40
Verifikation i henhold til direktivet 2014/31/EU	klasse III
Medicinsk udstyr i henhold til direktivet 93/42/EØF	klasse I, med målefunktion

Drift på akkumulatorer (valgfri)	arbejdstid med tændt baggrundsllys: 20 h arbejdstid med slukket baggrundsllys: 40 h opladningstid: 12 h 6 x 1.2 V 2000 mA
RS-232 interface	✓
Stativ	højde: 94 cm

2 Overensstemmelseserklæring

Gyldig EF/EU overensstemmelseserklæring er tilgængelig online på adressen:

www.kern-sohn.com/ce

i I tilfælde af verificerede vægte (overensstemmelsesvurderede vægte) medfølger der en overensstemmelseserklæring.
Kun sådanne vægte udgør medicinsk udstyr.

2.1 Forklaring af grafiske symboler for medicinsk udstyr

Alle medicinske vægte, der er forsynet med dette mærke, opfylder krav i følgende direktiver:



1. 2014/31/EU: Direktiv vedrørende ikke-automatiske vægte
2. 93/42/EØF: Direktiv vedrørende medicinsk udstyr



Vægte, der er forsynet med dette mærke, har været undergivet proceduren for overensstemmelsesvurdering i henhold til direktiv 2014/31/EU for vægte med nøjagtighedsklasse III.

WF 170012

Angivelse af serienummer af hvert udstyr anbragt på udstyret og på emballagen.

(her et eksempel)



2018-12

Angivelse af produktionsdato for medicinsk udstyr

(her er år og måned kun eksempler)



„Bemærk, anvisninger indeholdt i vedlagte dokument skal følges”
, alternativt
„Brugsanvisningen skal følges”.



„Brugsanvisningen skal følges”.



„Brugsanvisningen skal følges”.




Kern & Sohn GmbH
D-72336 Balingen,
Tyskland
www.kern-sohn.com

Angivelse af producenten af medicinsk udstyr inkl. adresse.



„Elektromedicinsk udstyr”
med brugsdel af B type.



Udstyr i II beskyttelsesklasse.



Brugt udstyr er ikke kommunalt affald!

Det kan afleveres til kommunale affaldsindsamlingssteder.



Oplysninger vedrørende forsyningspænding med angivelse af polaritet.



Netforsyning




KERN SEAL plombe



Jævnstrømsforsyningspænding




Oplysning



Vægten skal nivelleres før brug


3 Oversigt over udstyret



Andets displays bagside











Displayets bagside



- 5 Akkumulator-/ batterirum
- 6 Strømodtag
- 7 RS-232C interface
- 8 Kalibreringsafbryder

4 Oversigt over tastatur



Tast	Navn	Funktion
	ON/OFF tast	Tænding/slukning
	HOLD tast	"Hold" funktion/bestemmelse af stabil vejeværdi
	BMI tast	Bestemmelse af legemsmasseindeks (Body Mass Index)
	PRINT tast	Datatransmission via interface I menuen: <ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af det foretagne valg Ved numerisk indtastning <ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af numerisk værdi
	Funktionstast	I menuen: <ul style="list-style-type: none"> • Fremkaldelse af menuen • Valg af punkter fra menuen Ved numerisk indtastning <ul style="list-style-type: none"> • Øgning af numerisk værdi
	Nulstillingstast	Nulstilling af vægten (tilbage til „0,0“-visning) Ved numerisk indtastning <ul style="list-style-type: none"> • Skifte af placering af decimalkomma
	TARE tast	Tarering af vægten

5 Oversigt over visninger

Visning	Navn	Beskrivelse
STABLE	Stabilitetsvisning	Vægten er i stabil tilstand.
ZERO	Nulværdi visning.	Viser vægten ikke nulværdi selvom vægtpladen ikke er belastet, tryk på  . Vægten nulstilles efter et øjeblikks ventetid.
NET	Nettovægtvisning	Lyser ved angivelse af nettovægt. Lyser efter tarering af vægten.
GROSS	Bruttovægtvisning	Lyser ved angivelse af bruttovægt.
HOLD	„Hold“ funktion	„Hold“ funktion aktiv.
BMI	BMI funktion	Lyser, hvis BMI funktionen er aktiveret.
  	Opladningsindikator for batteri/akkumulator	Viser akkumulatorens eller batteriets kapacitet.

6 Grundlæggende anvisninger



I henhold til direktivet 20014/31/EU skal vægte verificeres, såfremt de ønskes anvendt til følgende formål: art. 1, stk. 4. „Bestemmelse af massen i medicinsk praksis ved vejning af patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnose og medicinsk behandling”

6.1 Anvendelse

- Visning**
- Bestemmelse af legemsmasse i medicin.
 - Anvendelse som „ikke-automatisk vægt”, dvs. personen skal stilles forsigtigt i midten af vægtpladen. Masseværdi kan aflæses så snart visningen er stabil.

- Kontraindikationer**
- Ingen kendte kontraindikationer.

6.2 Hensigtsmæssig anvendelse

Vægten er beregnet til bestemmelse af vægt af personer i stående stilling, i lokaler beregnet til foretagelse af medicinske procedurer. Vægten er beregnet til diagnosticering, profylakse og overvågning af sygdomme.

I tilfælde af personvægte skal man stille den vejede person forsigtig midt på vægtpladen og lade den stå stille.

Vejeværdien kan aflæses efter, at en stabil værdi er opnået. Vægten er designet med henblik på kontinuerlig drift.



På vægtens platform kan udelukkende stige personer, som er i stand til at stå sikker på begge ben.

Før hver brug af vægten skal den kontrolleres af en hertil autoriseret person for at forsikre sig om, at vægten er i forskriftsmæssig stand.

6.3 Uhensigtsmæssig anvendelse

Vægten skal ikke bruges til dynamisk vejning.

Vægtpladen må ikke udsættes for langvarig belastning. Dette kan medføre beskadigelse af målemekanismen.

Vægtpladen må under ingen omstændigheder udsættes for slag eller en belastning udover den maksimale tilladte belastning (*Max*), efter at den eksisterende taralast er trukket fra. Dette kunne medføre beskadigelse af vægten.

Det er ikke tilladt at bruge vægten i eksplosionsfarlige miljøer. Serieudførelse er ikke en eksplosionssikker udførelse. En brandfarlig blanding kan opstå ved blanding af anæstesimidler, der indeholder ilt eller lattergas (kvælstofforilte).

Det er ikke tilladt at indføre konstruktive ændringer på vægten. Dette kan medføre visning af forkerte vejeresultater, manglende opfyldelse af de tekniske krav i forhold til sikkerheden og beskadigelse af vægten.

Vægten må udelukkende anvendes i henhold til anvisninger indeholdt i nærværende brugermanual. Alle andre anvendelsesformer/-områder kræver et forudgående, skriftligt samtykke fra KERN.

6.4 Garanti

Garantien bortfalder i tilfælde af:

- manglende overholdelse af anvisninger indeholdt i brugermanualen;
- anvendelse af vægten til formål, som ikke blev beskrevet i brugermanualen;
- foretagelse af uautoriserede ændringer eller åbning af vægten;
- mekanisk beskadigelse eller beskadigelse, der skyldes påvirkning af medier eller væsker;
- almindelig slitage;
- forkert opstilling af vægten eller uegnet el-anlæg;
- overbelastning af målemekanismen;
- at brugeren lader vægten falde ned.



6.5 Tilsyn med kontrolforanstaltninger

Inden for kvalitetsstyringssystemets rammer skal man med jævne mellemrum kontrollere vægtens tekniske måleegenskaber samt, hvis relevant, egenskaber af kalibreringslod. For at kunne opfylde ovenstående krav skal den ansvarlige bruger fastlægge et passende tidsinterval samt eftersynstype og -omfang. For yderligere oplysninger om tilsyn med kontrolforanstaltninger, såsom vægte samt de nødvendige kalibreringslod gå ind på KERNs hjemmeside KERN (www.kern-sohn.com).

Kalibreringslodder og vægte kan hurtigt og billigt kalibreres i KERNs kalibreringslaboratorium, akkrediteret af DKD (Deutsche Kalibrierdienst) (således, at udstyret igen opfylder krav i henhold til standarden, som er gældende i det givne land).

7 Generelle sikkerhedsanvisninger

7.1 Overholdelse af anvisninger indeholdt i brugermanualen

	⇒ Inden udstyret indstilles og tændes for læs nærværende brugermanual grundigt, uanset om du allerede er bekendt med KERNs vægter eller ej.	
---	---	---

7.2 Oplæring af personale

Med henblik på hensigtsmæssig anvendelse og vedligeholdelse af udstyret er det vigtigt, at sundhedsfagligt personale gør sig bekendt med nærværende brugermanual og følger heri indeholdte anvisninger.

7.3 Undgåelse af kontaminering

For at undgå krydskontaminering (mykose, ...) skal vægtpladen rengøres jævnligt. Anvisning: efter hver vejning, der kunne medføre en potentiel kontaminering (f.eks. i tilfælde af vejninger, hvor vægten kommer i direkte kontakt med huden).

7.4 Hensigtsmæssig anvendelse

- Personvægten må kun betrædes og forlades i nærværelse af en oplært person (se kap. 7.2).
- Før hver brug af vægten kontrolleres den med hensyn til fejl og mangler.
- Vedligeholdelse og genverificering
Personvægten skal vedligeholdes og genverificeres med jævne mellemrum. (se kap. 15.4)

8 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

8.1 Generelle oplysninger



Under opstilling og brug af elektriske personvægte MTA skal der træffes særlige forsigtighedsforanstaltninger i overensstemmelse med nedenstående oplysninger vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet.

Udstyrets parametre svarer til grænseværdier for elektrisk udstyr til medicinske formål i gruppe 1, klasse B (iht. EN 60601-1-2).

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – betegnelsen et apparats evne til at fungere fejlfrit i dets elektromagnetiske miljø uden samtidigt at medføre uønskede, elektromagnetiske forstyrrelser i miljøet. Sådanne forstyrrelser kan primært overføres af forbindelsesledninger eller luft.

Uønskede forstyrrelser fra miljøet kan medføre forkerte vejeresultater, unøjagtige målingsværdier eller ukorrekt funktion af MTA personvægten. MTA personvægten kan - under bestemte omstændigheder – medføre tilsvarende forstyrrelser for andet udstyr. Med henblik på at forhindre ovennævnte fænomener anbefales at foretage en eller flere af nedennævnte handlinger:

- Skifte placering eller ændre afstand mellem udstyret og forstyrrelseskilden.
- Opstille MTA personvægten eller anvende den et andet sted.
- Tilslutte MTA personvægten til en anden strømkilde.
- I tilfælde af yderligere spørgsmål skal henvendelse rettes til vores serviceorganisation.

Uautoriserede modifikationer, udbygning af udstyret eller brug af ikke anbefalet tilbehør (f.eks. strømforsyningsenheder eller forbindelsesledninger) kan medføre forstyrrelser. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar herfor. Derudover kan sådanne modifikationer medføre bortfald af retten til at anvende udstyret.



Forstyrrelser af MTA personvægten kan frembringes af udstyr, der sender højfrekvens signaler (mobiler, radiosendere og -modtagere). Derfor bør de ikke anvendes i nærheden af MTA personvægten. Afsnit 8.4 indeholder oplysninger om de anbefalede, mindste afstande.

8.2 Elektromagnetiske forstyrrelser

Producentens anvisninger og erklæring — emission af elektromagnetiske forstyrrelser		
MTA personvægte er beregnet til drift i et af nedennævnte elektromagnetiske miljøer. Det påhviler kunden eller brugeren af MTA personvægte at sørge for, at vægten anvendes i sådant et miljø.		
Emissionstest	Overensstemmelse	Elektromagnetisk miljø — anvisninger
RF-emissioner i henhold til standarden CISPR 11/EN 55011	Gruppe 1	MTA personvægte anvender udelukkende RF-energi til interne funktioner. Dens RF-emissioner er derfor meget lave og burde ikke forårsage interferens med andet elektronisk udstyr i nærheden.
RF-emissioner i henhold til standarden CISPR 11/EN 55011	Klasse B	MTA personvægt er beregnet til brug på alle institutioner, herunder institutioner i boligområder og institutioner, der er tilsluttet direkte til det offentlige strømforsyningsnet, der også tilfører strømmen til boligbygninger.
Emission af harmoniske strømme i henhold til standarden IEC 61000-3-2	Klasse A	
Emissioner i forbindelse med spændingsfluktuationer/flimrer i henhold til standarden IEC 61000-3-3	Opfylder kravene	


MTA personvægt må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af andet udstyr eller stablet sammen med andet udstyr. Er det påkrævet at anvende vægten under ovennævnte forhold, skal MTA personvægten kontrolleres for at forsikre sig om, at vægten fungerer forskriftsmæssigt under de givne forhold.

8.3 Immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser

Producentens anvisninger og erklæring — immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser			
MTA personvægte er beregnet til drift i et nedennævnte elektromagnetiske miljøer. Det påhviler kunden eller brugeren af MTA personvægte at sørge for, at vægten anvendes i sådant et miljø.			
Immunitetsprøvning	Prøvningsniveau i henhold til standarden IEC 60601	Overensstemmelse	Elektromagnetisk miljø — anvisninger
Elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til standarden IEC 61000-4-2	± 6 kV, kontaktafladning ± 8 kV, luftafladning	± 6 kV ± 8 kV	Gulve skal være udført i træ eller beton og belagt med keramiske fliser. Er gulvet udført i syntetisk stof skal relativ luftfugtighed udgøre mindst 30%.
Hurtige forbigående elektriske forstyrrelser/ farvesynkroniserings-signaler i henhold til standarden IEC 61000-4-4	± 2 kV, for netkabler ± 1 kV, for ind- og udgangskabler	± 2 kV ± 1 kV	Parametre af forsyningsspænding skal svare til det typiske miljø i forretningslokaler eller på hospitaler.
Stødspændinger/stød i henhold til standarden IEC 61000-4-5	± 1 kV, spænding eksternt ledning — eksternt ledning ± 2 kV, spænding eksternt ledning — jord	± 1 kV Ikke relevant	Parametre af forsyningsspænding skal svare til det typiske miljø i forretningslokaler eller på hospitaler.
Spændingsdyk, kortvarige spændingssvingt eller spændingsfluktuationer i henhold til standarden IEC 61000-4-11	$< 5\% U_T$ $(> 95\%$ fald $U_T)$ for 1/2 periode $40\% U_T$ $(> 60\%$ fald $U_T)$ for 5 perioder $70\% U_T$ $(> 30\%$ fald $U_T)$ for 25 perioder $< 5\% U_T$ $(> 95\%$ fald $U_T)$ for 5 s	Opfyldelse af kravene. Kontrolleret deaktivering. Tilbage til farefri situation efter brugerens indgreb.	Parametre af forsyningsspænding skal svare til det typiske miljø i forretningslokaler eller på hospitaler. Ønsker brugeren af MTA personvægten at fortsætte driften efter strømforsynings-svigt anbefales det at forsyne MTA personvægten med strøm fra UPS enhed eller akkumulator.
Magnetisk felt med strømforsynings-spændings-frekvens (50/60 Hz) i henhold til standarden IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m 50/60 Hz	Magnetiske felter med netfrekvens skal svare til de typiske værdier, som der skal overholdes i forretnings- og hospital miljøer.
BEMÆRK: U_T vekselspænding i nettet før anvendelse af prøvningsniveauet.			

**Producentens anvisninger og erklæring
— immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser**

MTA personvægte er beregnet til drift i et af nedennævnte elektromagnetiske miljøer. Det påhviler kunden eller brugeren af MTA personvægte at sørge for, at vægten anvendes i sådant et miljø.

Immunitetsprøvnin g	Prøvningsniveau i henhold til IEC 60601	Overensste mmelse	Elektromagnetisk miljø — anvisninger
Ledningsbåren RF i henhold til standarden IEC 61000-4-6	3 V_{rms} fra 150 kHz til 80 MHz	3 V	Transportabelt og mobilt radioudstyr bør ikke anvendes i nærheden af MTA personvægte inkl. ledninger, på en afstand mindre end beskyttelsesafstand beregnet ud fra en passende formel for senderens driftsfrekvens.
Feltbåren RF i henhold til standarden IEC 61000-4-3	3 V_{rms} fra 80 MHz til 2,5 GHz	3 V/m 	Anbefalet beskyttelsesafstand $d = 1.2\sqrt{P}$ $d = 1.2\sqrt{P}$ for frekvens fra 80 MHz til 800 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ for frekvens fra 800 MHz til 2,5 GHz hvor „P” – senderens nominelle effekt i watt (W) i henhold til oplysninger fra senderens producent og „d” - den anbefalede beskyttelsesafstand i meter (m). Feltstyrke af stationære radiosendere for alle frekvenser i henhold til måling foretaget på stedet ^a bør ligge under overensstemmelsesniveauet. ^b Der kan forekomme interferens i nærheden af udstyr mærket med følgende symbol.

NOTE 1: Ved frekvenser 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.

NOTE 2: Der kan være situationer, hvor disse retningslinjer ikke er gældende. Elektromagnetisk strålingsspredning påvirkes af: absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

^a Det er ikke muligt på forhånd og på en teoretisk måde at fastsætte feltstyrken i tilfælde af stationære sendere, f.eks. basisstationer for radiotelefoner og mobile radiostationer på land, amatørstationer, AM- og FM-radiosendere og fjernsynssendere. For at kunne tilvejebringe nøjagtige oplysninger om det elektromagnetiske miljø omkring stationære sendere, skal forholdene på det givne sted gennemgås. Overskrider den målte feltstyrke på det givne anvendelsessted ovennævnte overensstemmelsesniveauer, skal personvægten overvåges for at forsikre sig om, at den fungerer efter hensigten. Bliver der konstateret atypiske funktionelle parametre kan det være nødvendigt at træffe yderligere forholdsregler, f.eks. ændring af MTA personvægtens stilling eller placering.

^b Ved frekvensområder fra 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrken ikke overskride 3 V/m.

8.3.1 Grundlæggende funktionelle parametre



MTA personvægte opfylder ikke nogen grundlæggende funktionelle parametre anført i IEC 60601-1 standarden. Systemet kan forstyrres af andet udstyr også, når det pågældende udstyr opfylder kravene i forhold til emission i henhold til CISPR standarden.

8.4 Mindste afstande

De anbefalede beskyttelsesafstande mellem transportable og mobile højfrekvens telekommunikationsudstyr og MTA personvægte			
MTA personvægten er beregnet til at blive anvendt i elektromagnetisk miljø med kontrolleret højfrekvens interferens. Kunden eller brugeren af MTA personvægte kan undgå elektromagnetiske forstyrrelser ved at opretholde den mindste afstand mellem højfrekvens transportabelt og mobilt telekommunikationsudstyr (sendere) og MTA personvægte — som er afhængig af telekommunikationsudstyrets udgangseffekt, se nedenfor.			
Senderens nominelle effekt W	Beskyttelsesafstand, afhængigt af senderens driftsfrekvens m		
	fra 150 kHz til 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	fra 80 MHz til 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	fra 800 MHz til 2,5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,20	1,20	2,30
10	3,80	3,80	7,30
100	12,00	12,00	23,00
I tilfælde af sendere, hvor der ikke – i ovenstående skema – blev taget hensyn til den en maksimale, nominelle effekt kan den anbefalede beskyttelsesafstand „d” i meter h (m) fastsættes ud fra ligningen anført i den relevante kolonne, hvor „P” – senderens maksimale, nominelle effekt i watt (W) i overensstemmelse med oplysninger fra senderens producent.			
NOTE 1: Ved frekvenser 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.			
NOTE 2: Der kan være situationer, hvor disse retningslinjer ikke er gældende. Elektromagnetisk strålingsspredning påvirkes af: absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.			

9 Transport og opbevaring

9.1 Modtagelseskontrol

Umiddelbart efter modtagelse af leverancen kontrolleres, om der ikke er tegn på synlige beskadigelser. Samme gælder for selve udstyret efter udpakning.

9.2 Emballage/returtransport



- ⇒ Alle dele af den originale emballage opbevares mhp. eventuel returtransport (returnering af varen).
- ⇒ Til returtransport anvendes kun den originale emballage.
- ⇒ Før forsendelse frakobles alle de tilkoblede ledninger og løse/ bevægelige dele.
- ⇒ Transportsikringer – såfremt de forekommer – skal monteres igen.
- ⇒ Alle delene, f.eks. vægtplade, strømforsyningsenhed osv., skal sikres for at forhindre dem i at glide ned eller blive beskadiget.

10 Udpakning, opstilling og idriftsættelse

10.1 Opstillings- og anvendelsessted

Vægtene er designet således, at de – under normale driftsforhold – sikrer troværdige vejeresultater.

Valg af en passende placering af vægten er vigtig for vægtens nøjagtige og hurtige funktion.

Følgende regler skal overholdes på opstillingsstedet:

- Vægten opstilles på en stabil, flad overflade.
- Ekstreme temperaturer og temperatursvingninger, som opstår f.eks., hvis udstyret opstilles ved siden af en radiator eller et sted udsat for direkte påvirkning af solstråling, skal undgås.
- Vægten skal beskyttes mod direkte påvirkning af træk, som der forekommer ved åbne vinduer og døre.
- Undgå stød under vejning.
- Vægten skal beskyttes mod høj luftfugtighed, dampe, væsker og støv.
- Udstyret bør ikke udsættes for kraftig fugtpåvirkning. Uønsket kondens (fugt i luften kondenserer på udstyret) kan finde sted, hvis koldt udstyr bliver placeret et betydeligt varmere sted. I så fald skal udstyret (koblet fra elforsyning) lades tilpasse sig efter den omgivende temperatur i ca. 2 timer.
- Statisk opladning af vægten og de vejede personer skal undgås.
- Undgå kontakt med vand.

Ved elektromagnetiske felter (f.eks. fra mobiltelefoner eller radioudstyr), statiske ladninger samt ustabil elforsyning er der risiko for store afvigelse ved vejning (forkert vejeresultat). I så fald skal man opstille vægten et andet sted eller fjerne forstyrrelseskilden.

10.2 Udpakning

De enkelte dele af vægten eller den komplette vægt tages forsigtigt ud af emballagen og vægten opstilles det sted, den ønskes anvendt. Anvendes der en strømforsyningsenhed må forsyningsledningen ikke udgøre fare for snublen.


10.3 Leveringsomfang

Standardtilbehør:

- Vægt med display og stativ
- Strømforsyningsenhed (i henhold til EN 60601-1)
- Brugermanual
- 4 fødder med regulering
- Skruer/ små elementer

			
2 stk.	8 stk.	2 stk.	2 stk.

10.4 Montage og opstilling af vægten





⇒ Vægten skal bringes i vater ved hjælp af fødder med skruer, luftboble i vaterpas skal befinde sig i det mærkede område.

⇒ Nivellering skal kontrolleres jævnligt.

Montage:


Sæt forsigtigt stativet ind i tilsvarende hul i rammen.
Klem ledningen ikke.



Skru stativet i vægtpladen:




2 stk.




Sæt stativets rækværk på tilsvarende bolte og skru med skruer i grundlagets plade.



4 stk.



Skru stativet i rækværket.



Sæt sideelementer på tilsvarende bolte og fæstne til rammen.



4 stk.



Skru stativets rækværk sammen med sideelementerne, som det blev vist på billede.



2 stk.



2 stk.



10.5 Netforsyning

Elforsyning finder sted via en ekstern strømforsyningsenhed, som samtidig separerer vægten fra nettet. Den påtrykte spændingsværdi skal svare til den lokale spænding. Kun godkendte, originale strømforsyningsenheder af mærke KERN, der opfylder krav i henhold til EN 60601-1, må anvendes.

Strømodtaget er markeret med et lille klistermærke på siden af displayet.



Er vægten tilsluttet netspænding, lyser LED diode.


LED indikatoren oplyser om akkumulatoren status.

grøn: Akkumulatoren er fuldt opladet


blå: Akkumulatoren bliver opladet

Vægtens standardudførelse er ikke forsynet med en akkumulator.

10.6 Drift på akkumulatorer med valgfri tilgængelig akkumulator



Låget på akkumulatorrum (1) på bagsiden af displayet åbnes og akkumulatoren tilsluttes. Før første brug skal akkumulatoren oplades i mindst 12 timer.

Vises der i stedet for vægtangivelsen et symbol  er det ensbetydende med, at akkumulatoren er ved at blive afladet. Vægten vil kunne anvendes i et par minutter til, hvorefter den slukkes automatisk for at spare på akkumulatoren. Akkumulatoren skal oplades.



Spændingen er faldet til en værdi, der ligger under den bestemte mindste værdi




Akkumulatoren er ved at blive afladet



Akkumulatoren er fuldt opladet

Før idriftsættelse af vægten, skal akkumulatoren oplades fuldt.


På den højre side, under indikatoren findes der en LED diode, som er mærket med symbol .

LED dioden lyser grøn, hvis akkumulatoren er fuldt opladet. Den lyser blå, hvis akkumulatoren bliver opladet.

Skal vægten ikke anvendes i en længere periode, tages akkumulatoren ud og opbevares særskilt. Elektrolytudslib kunne medføre beskadigelse af vægten.

10.7 Drift på batterier

Som et alternativ til drift på akkumulatorer kan vægten fungere på batterier (6 stk. AA batterier).

Låget på batterirummet (1) på bagsiden af displayet åbnes og batterier isættes, som vist nedenfor. Låget på batterirummet aflåses igen. Er batterierne opbrugt vises der et symbol på vægtens display . Skift batterier. For at spare på batterier slukkes vægten automatisk (se afsnit 11.6 „Auto Off funktion”).



Batteriet er afladet







Batteriet er ved at blive afladet



Batterierne er fuldt opladet

Isætning af batterier

<p>Fjern låget på batterirummet.</p>	 A photograph showing the interior of a white plastic battery compartment. The compartment is empty, with a small metal contact point visible on the left side.
<p>Batteriholderen tilsluttes stikket på huset, som vist på tegningen.</p>	 A photograph showing a black battery holder being inserted into the compartment. A red wire and a black wire are connected to the holder. An arrow points to the connection point on the left side of the compartment.
<p>Batteriholderen isættes.</p>	 A photograph showing the black battery holder fully inserted into the white plastic compartment. The holder is positioned horizontally.
<p>Batterierne sættes i batterirummet og låget aflåses.</p>	 A photograph showing four yellow and blue Varta Longlife AA batteries inserted into the compartment. The batteries are arranged in two rows of two. The compartment cover is closed.

10.8 Idriftsættelse


For at opnå nøjagtige vejeresultater ved vejning vha. elektroniske vægte skal vægten først nå den påkrævede driftstemperatur (se „Opvarmningstid“, afsnit 1). Under opvarmning skal vægten være tilsluttet strømforsyning og tændt for (strømforsyning fra nettet, akkumulator eller batteri).

Vægtens nøjagtighed afhænger af den lokale tyngdeacceleration. Tyngdeaccelerationsværdi er anført på mærkepladen.


11 Drift

11.1 Vejning



- ⇒ Vægten tændes for ved at trykke på . Der foretages en test af vægtens segmenter. Vægten er klar til vejning straks efter visning af „0,0 kg“ vægtværdi.



- Tasten  gør det muligt - om nødvendigt og til enhver tid - at nulstille vægten.


- ⇒ Personen stilles i midten af vægten. Vent, indtil stabilitetsvisning „STABLE“ kommer frem og aflæs vejeresultat.



- Overskrider personens vægt det vejeområde, vises der „OL“ (= overbelastning) på displayet.


11.2 Tarering

Egenvægt af en hvilken som helst forbelastning, der anvendes til vejning, kan tareres ved at trykke på tasten, hvorved opnås at der - under efterfølgende vejeprocesser - vises den virkelige vægt af den vejede patient.




(eksempel)

⇒ En genstand (f.eks. tørklæde eller underlag) lægges på vægtskål.




⇒ Tryk på tasten , nulværdi kommer frem. Nedenfor, til venstre vises „NET”.



(eksempel)

⇒ Personen stilles i midten af vægtpladen. Vent, indtil stabilitetsvisning „STABLE” kommer frem og aflæs vejeresultat.



- Er vægten ikke belastet vil den gemte taraværdi vises, som en værdi med et minustegn.
- For at slette den gemte taraværdi fjernes belastning fra vægten, hvorefter der trykkes på .


11.2.1 Taraovervågning


Vægten kan tareres flere gange. Funktionen kan aktiveres og deaktiveres. Man skal vælge følgende indstilling i menuen:


i • Menu indstilling:
[F5 Str] ⇒ [Str on] (se afsnit 12)


11.3 „Hold” funktion

Vægten har en integreret holdfunktion (bestemmelse af den gennemsnitlige værdi). Funktionen muliggør nøjagtig vejning af personer, selv hvis vedkommende ikke står stille på vægtpladen.




⇒ Vægten tændes for ved at trykke på .
Vent, indtil stabilitetsvisning „STABLE” kommer frem.




⇒ Tryk på  og „-----” og „HOLD” symbolet vises på displayet.

⇒ Personen stilles i midten af vægtpladen.



⇒ Efter et øjeblik vises „STABLE” stabilitetsvisning, og den vejede persons vægt vises og „fryses”.

(eksempel)



Efter, at belastningen er fjernet fra vægten vises vejeværdien i endnu 10 sekunder, hvorefter vægten automatisk vender til vejemode.
„HOLD” symbolet slukkes for.



Bestemmelse af den gennemsnitlige værdi er ikke muligt ved overdreven aktivitet.

11.4 Visning af yderligere tal efter komma

(kortvarig, yderligere tal efter komma)

Under visning af vægtværdien trykkes på tasten og den holdes indtrykket i ca. 2

sekunder . Anden decimalplads vises i ca. 5 sekunder.


Værdien bliver ikke anset som legaliseret og den kan ikke blive brugt iht. bestemmelse af en legaliseret vægt.


11.5 Bestemmelse af legemsmasseindeks (Body Mass Index)


Det er en betingelse for at beregne BMI-indekset, at den pågældende persons højde oplyses. Højden skal være kendt.


11.5.1 Bestemmelse af legemsmasseindeks (Body Mass Index)



- ⇒ Vægten tændes for ved at trykke på .
- ⇒ Vent, indtil stabilitetsvisning „STABLE” kommer frem.




- ⇒ Tryk på .
Den senest indtastede højde vises, og den aktive position blinker. „BMI” symbolet lyser.



- ⇒ Højde indtastes ved hjælp af taster  og .





- ⇒ Godkend den indtastede værdi ved at trykke på . Der vises BMI værdi „0,0”.

- ⇒ Personen stilles i midten af vægtpladen.
For et kort øjeblik vises der „-----”, og følgende værdi af BMI for pågældende person.



- ⇒ Fjern belastning fra vægtpladen.



- ⇒ Vend tilbage til vejemode ved at trykke på tasten .
„BMI”-symbolet slukkes for, og vægtværdi i „kg” vises.



- Troværdig bestemmelse af BMI-indekset er kun mulig ved højde fra 100 cm til 200 cm og kropsvægt > 10 kg.
- Ved vejninger, hvor patienten ikke er stille, kan visningen stabiliseres vha. „Hold” funktionen.

11.5.2 Klassificering af BMI værdier




Klassificering af kropsvægt af voksne over 18 år med udgangspunkt i BMI-indekset i henhold til WHO, 2000 EK IV og WHO 2004 (WHO: World Health Organization – Verdens sundhedsorganisationen).

Kategori	BMI (kg/m ²)	Risiko for følgesygdomme til overvægt
Undervægt	< 18,5	lav
Normal vægt	18,5-24,9	gennemsnitlig
Overvægt	≥ 25,0	
Moderat overvægt (pre-obesity)	25,0-29,9	lidt forhøjet
Fedme, 1. grad	30,0-34,9	forhøjet
Fedme, 2. grad	35,0-39,9	høj
Fedme, 3. grad	≥ 40	meget høj


11.6 Automatisk slukningsfunktion (Auto Off)

Betjenes displayet eller vægtpladen ikke i et stykke tid medfører det, at vægten automatisk bliver slukket efter udløb af den indstillede tid.

i • Menu indstillinger:
[F1 oFF] ⇒ [oFF 0/3/5/15/30] (se afsnit 12)




(eksempel)



(eksempel)

⇒ I vejemode trykkes på , den første [F1 oFF] funktion vises.

⇒ Tryk på , den senest gemte tid, f.eks. [oFF 15] vises.

⇒ Tryk på , indtil den ønskede tid, f.eks. [oFF 30] vises.

[oFF 0] x **AUTO OFF** funktionen er ikke aktiv.


[oFF 3] Vægtsystemet slukkes efter 3 minutter.


[oFF 5] Vægtsystemet slukkes efter 5 minutter.


[oFF 15] Vægtsystemet slukkes efter 15 minutter.

[oFF 30] Vægtsystemet slukkes efter 30 minutter.





⇒ Den valgte tid gemmes ved at trykke på , [F1 oFF] vises.



⇒ Vend tilbage til vejemode ved at trykke på tasten .

11.7 Baggrundsls i display

- i** • Menu indstillinger:
[F4 bk] ⇒ [bL on/bL oFF/bL AU] (se afsnit 12)




(eksempel)




⇒ I vejemode trykkes på , den første [F1 oFF] funktion vises.


⇒ Tryk på , indtil [F4 bk] vises.

⇒ Tryk på , den senest gemte indstilling, f.eks. [bL on] vises.


⇒ Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på .

bL on	Baggrundsls til hele tiden
bL off	Baggrundsls fra
bL Auto	Automatisk baggrundsls kun efter belastning af vægtpladen eller efter tryk på tasten



⇒ Den valgte indstilling gemmes ved at trykke på , [F4 bk] vises.



⇒ Vend tilbage til vejemode ved at trykke på tasten .

12 Menu









I tilfælde af verificerede vægte er der ikke adgang til „tCH” servicemenuen.

For at slå adgangslåsen fra brydes plomben og kalibreringsafbryderen trykkes på. Placering af kalibreringsafbryderen - se afsnit 17.








Bemærk:











Efter brud af plomben skal vægtsystemet – inden det tages i brug igen, i tilfælde af anvendelser, hvor verificering er påkrævet – verificeres igen af autoriseret bemyndiget organ og mærkes behørigt ved anbringelse af en ny plombe.

12.1 Navigering i menuen:

Fremkaldelse af menuen	⇒ I vejemode trykkes på  , den første [F1 oFF] funktion vises.
Funktionsvalg	⇒ Ved at trykke på  , vælges de enkelte menupunkter, et efter det andet.
Ændring af indstillinger	⇒ Godkend valg af den givne funktion ved at trykke på  . Den aktuelle indstilling vises. ⇒ Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på  og godkend ved at trykke på  , vægten vender tilbage til menuen.
Forlad menuen/ tilbage til vejemode	⇒ Tryk på  , vægten vender tilbage til vejemode.

12.2 Oversigt over menuen


Blokke Hovedmenu	Punkter Undermenu	Tilgængelige indstillinger/ forklaring
 Automatisk slukning „Auto Off” funktion	oFF 0*	Automatisk slukning slået fra
	oFF 3	Automatisk slukning efter 3 minutter
	oFF 5	Automatisk slukning efter 5 minutter
	oFF 15	Automatisk slukning efter 15 minutter
	oFF 30	Automatisk slukning efter 30 minutter
	oFF*	Ikke dokumenteret
	Prt	
	Pr ACC	
 Parametre af interface	1. RS-232 interfaces indstilling Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på  og godkend ved at trykke på  .	
	P Prt	Vægtens værdi bliver tilføjet til summens hukommelse og fremsendt efter tryk på PRINT tasten.
	P Cont	Kontinuerlig datatransmission
	Serie	Ikke dokumenteret
	ASK	Ordre for fjernstyring: W: Sending af hver vægtværdi S: Sending af stabil vægtværdi T: Tarering Z: Nulstilling
	P cnt 2	Ikke dokumenteret
	P Stab	Automatisk fremsendelse af stabile vejeværdier
	P Auto	Vægtværdien bliver tilføjet til summens hukommelse og fremsendt.
	2. Transmissionshastighed Efter godkendelse af RS-232 indstilling, vises der aktuel indstillet transmissionshastighed (b xxxx). Vælg den ønskede transmissionshastighed ved at trykke på  og godkend ved at trykke på  . Transmissionshastighed, kan vælges 600, 1200, 2400, 4800, 9600.	

		3. Datatransmissionsformat (udelukkende ved indstillinger P Prt, P Auto, P Cont) Efter godkendelse af transmissionshastighed vises der aktuelt indstillet datatransmissionsformat. Vælg den ønskede format ved at trykke på  og godkend ved at trykke på  .	
udelukkende ved indstilling P Cont	Prt 0-3	Datatransmissionsformat, se afsnit 13.3	
	Cont 1	Standardindstilling	Sd0 – on/off Kontinuerlig datatransmission, kan vælges: „sende 0”, ja/nej
	Cont 2	Ikke dokumenteret	
	Cont 3	Ikke dokumenteret	
		4. Printerens type Efter godkendelse af format for de udgående data vises der printerens type, som er aktuell indstillet. Vælg den ønskede printerens type ved at trykke på  og godkend ved at trykke på  . LP-50 Ikke dokumenteret tPUP Brug denne indstilling	
 Baggrundsllys i display	bl on	Baggrundsllys til	
	bl oFF	Baggrundsllys fra	
	bl AU*	Automatisk tænding af baggrundsllys i display under betjening af vægten	
 Servicemenu	Pin	Indtastning af password: En efter den anden tryk på tasterne  ,  og  .	
Betjening af kalibreringsafbryderen, placering - se afsnit 17			
 Visningshastighed	15*	Ikke dokumenteret	
	30		
	60		
	7,5		

P2 CAL	Kalibrering, se afsnit 17	
P3 Pro	tri*	Ikke dokumenteret
	CoUnt	Ikke dokumenteret
	rESEt	Gendannelse af vægtens fabriksindstillinger
	SEtGrA	Ikke dokumenteret

* Fabriksindstilling

13 RS-232 interface


Ved brug af RS-232 interface kan vejningens data blive overført, afhængig af indstillingen i menu, enten automatisk eller efter tryk på tast .

Data bliver overført asynkront i ASCII kode.

For at sikre kommunikation mellem vægten og printerens skal der opfyldes følgende vilkår:

- Vægten skal være tilsluttet til printerens interface ved hjælp af et korrekt kabel. Drift uden forstyrrelser bliver sikret udelukkende med et tilsvarende KERN interfaces kabel.
- Kommunikationens parametre (transmissionens hastighed, bitene, paritet) for vægten og printerens skal stemme overens. Detaljeret beskrivelse af kommunikationens parametre (se afsnit 13.2).

13.1 Tildeling af pin i vægtens udgangs port



13.2 Tekniske data

Port	9 -pin D-Sub små stik Pin 2 – udgang Pin 3 – indgang Pin 5 – vægt
Transmissionshastighed	kan vælges: 600/1200/2400/4800/9600
Paritet	8 bit

13.3 Printerens indstilling

Eksempler på udskrivninger:

Prt	
0/2	60,0 kg
1/3	60,0 kg 170,0 cm 20,7 BMI

Ordre for fjernstyring:

S:

29.03.2017	09:31:21:	ST	20.0kg	Stabil vejeværdi positiv
29.03.2017	09:31:51:	ST	- 20.0kg	Stabil vejeværdi negativ

W:

29.03.2017	09:32:25:	US	44.3kg	Ustabil vejeværdi positiv
29.03.2017	09:35:33:	US	- 18.4kg	Ustabil vejeværdi negativ

14 Fejlmeddelelser

Visning

Err4

Beskrivelse

Overskridelse af den øverste grænse for nulområde

(under tænding eller efter tryk på tasten )

- Det vejede materiale ligger på vægtskål
- Overbelastning under nulstilling af vægten
- Ukorrekt kalibreringsforløb
- Problem med belastningscelle

Err6

Værdi udenfor A/D-konverterens

(analog-til-digital-konverterens) område

- Belastningscelle beskadiget
- Elektronik beskadiget

I tilfælde af andre fejlmeddelelser skal vægten slukkes og tændes for igen. Vises fejlmeddelelsen stadig skal henvendelse rettes til producenten.

15 Vedligeholdelse, opretholdelse af vægten i funktionsdygtig tilstand og bortskaffelse

15.1 Rengøring



Forinden påbegyndelse af enhver form for arbejder i forbindelse med vedligeholdelse, rengøring og reparation skal der sørges for, at der ikke er driftsspænding på vægten.

15.2 Rengøring/desinfektion

Vægtpladen (f.eks. sæde) og huset må udelukkende rengøres vha. rensmiddel til brug i husholdninger eller et almindeligt tilgængeligt desinfektionsmiddel, f.eks. 70% isopropanolopløsning. Det anbefales at anvende et desinfektionsmiddel beregnet til våd desinfektion. Producentens anvisninger skal følges.

Brug ikke poleringsmidler eller aggressive rengøringsmidler såsom sprit, benzin o.l., idet de kan beskadige kvalitetsoverfladen.

For at undgå krydskontaminering (mykose) skal følgende anvisninger vedrørende desinfektionsintervaller følges:

- Vægtpladen – før og efter hver måling, hvor udstyret har været i direkte kontakt med huden.
- Efter behov:
 - display,
 - folietastatur.



Udstyret må ikke sprøjtes med desinfektionsmiddel.
Desinfektionsmidlet må ikke trænge ind i vægten.
Evt. tilsmudsning fjernes med det samme.

15.3 Sterilisering

Det er ikke tilladt at sterilisere udstyret.

15.4 Vedligeholdelse, opretholdelse af vægten i funktionsdygtig tilstand

Udstyret må udelukkende betjenes og vedligeholdes af serviceteknikere, oplært og autoriseret af KERN.

Det anbefales regelmæssigt at kontrollere, om vægten opfylder tekniske sikkerhedskrav (STK).

Inden åbning skal vægten frakobles nettet.

15.5 Bortskaffelse

Emballagen og udstyret bortskaffes i henhold til den nationale eller regionale lovgivning, som er gældende det sted, hvor udstyret anvendes.

16 Hjælp i tilfælde af mindre driftssvigt

I tilfælde af forstyrrelser ved forløb af et program slukkes vægten for et øjeblik og frakobles nettet. Følgende skal vejning startes forfra.

Forstyrrelse	Mulig årsag
Vægtindikatoren lyser ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Vægten er ikke tændt for.• Forbindelse til nettet afbrudt (netledningen er ikke tilsluttet / er defekt).• Netspændingssvigt.• Akkumulatoren er ikke korrekt isat eller er afladet.• Ingen akkumulator
Vægtværdien ændres konstant.	<ul style="list-style-type: none">• Træk/luftbevægelser.• Bord-/underlagsvibrationer.• Vægtpladen er i kontakt med fremmedlegemer eller er ikke korrekt monteret.• Elektromagnetiske felter / statiske ladninger (vælg en anden placering — hvis det er muligt, sluk for udstyret, der forårsager forstyrrelser).
Vejningsresultatet er åbenbart forkert.	<ul style="list-style-type: none">• Vægtens visning blev ikke nulstillet.• Ukorrekt kalibrering.• Der er tale om store temperatursvingninger.• Opvarmningstid blev ikke overholdt.• Elektromagnetiske felter / statiske ladninger (vælg en anden placering — hvis det er muligt, sluk for udstyret, der forårsager forstyrrelser).

I tilfælde af andre fejlmeddelelser skal vægten slukkes og tændes for igen. Vises fejlmeddelelsen stadig skal henvendelse rettes til producenten.

17 Verifikation

Generelle oplysninger:

I henhold til direktivet 2014/31/EU skal vægte verificeres, såfremt de anvendes på følgende måder (lovbestemt område):

- a) i handelen, såfremt prisen på varen fastsættes ved vejning af varen;
- b) ved fremstilling af lægemidler på apoteker og ved analyser foretaget på medicinske og farmaceutiske laboratorier;
- c) til myndighedernes brug;
- d) ved produktion af færdige emballager.
- e) bestemmelse af vægt i den medicinske praksis, til vejning af patienter mhp. overvågning, diagnosticering og behandling.

I tilfælde af tvivl skal henvendelse rettes til det lokale Målekontor.

Anvisninger vedrørende verifikation:

Vægte, som i de tekniske data er markeret som egnet til verifikation, er typegodkendte i henhold til den Europæiske Fællesskabs lovgivning. Ønskes vægten anvendt på det ovennævnte område, hvor verifikation er påkrævet, skal vægten verificeres, og verifikationen skal fornys med jævne mellemrum.

Genverifikation af vægten finder sted i henhold til det pågældende lands lovgivning.

Verifikationens gyldighed, se afsnit 17.1.

Lovgivningen i det land, hvor vægten anvendes, skal overholdes!




Verifikation af vægte uden plomber er ugyldig.

I tilfælde af typegodkendte vægte oplyser plomber om, at vægten udelukkende må åbnes og vedligeholdes af oplært og autoriseret fagpersonale. Brud af plomber er ensbetydende med verifikationens bortfald. De nationale love og lovregler skal overholdes. I Tyskland er genverifikation påkrævet.

Vægte, som egner sig til verifikation, skal tages ud af brug, hvis

- **Vejningsresultat** ligger udenfor det tilladte fejlområde. **Af den grund skal vægten regelmæssigt belastes med en kontrollod med kendt vægt (ca. 1/3 af Max belastning) og den viste værdi skal sammenlignes med kontrolværdien.**
- **Fristen for genverifikation er udløbet.**

Placering af kalibreringsafbryderen og plomber



1. Selvdestruerende plombe
2. Afskærmning
3. Kalibreringsafbryder

17.1 Verifikationens gyldighedsperiode (den aktuelle status i Tyskland)

Personvægte (herunder stolevægte og platformvægte til invalidekørestole) på hospitaler	4 år
Personvægte, såfremt de opstilles uden for hospitaler (f.eks. på lægeklinikker og plejecentre)	på ubestemt tid
Babyvægte og mekaniske vægte til nyfødte	4 år
Sengevægte	2 år
Vægte på dialysecentre	på ubestemt tid


Begrebet hospitaler omfatter også genoptræningsklinikker og sundhedsafdelinger (verifikationen er gyldig i 4 år).


Begrebet hospitaler omfatter ikke dialysecentre, plejecentre og lægeklinikker (verifikationen gælder på ubestemt tid).

(Data ifølge „Styrelsen for verifikation oplyser, vægte i medicin“).





18 Kalibrering






















Idet tyngdeaccelerationen ikke er ens alle steder på kloden skal ethvert display med vægtpladen tilpasses — i henhold til vejeprikket, der fremgår af fysikkens grundlag — efter tyngdeaccelerationen det sted, hvor vægten bliver opstillet — (kun hvis vægtsystemet ikke er blevet fabrikskalibreret på opstillingsstedet). En sådan kalibreringsprocedure udføres ved ibrugtagning, hver gang vægten bliver placeret et andet sted samt i tilfælde af svingninger i den omgivende temperatur. For at opnå nøjagtige måleværdier anbefales det endvidere at kalibrere displayet med jævne mellemrum, også i vejetilstand.


	<ul style="list-style-type: none">• Gør den påkrævede kalibreringslod klar. Den anvendte kalibreringslods vægt afhænger af vægtens vejeområde, se afsnit 1. For så vidt muligt foretages kalibrering vha. en kalibreringslod med omtrentlig samme vægt som vægtens maksimale belastning. For oplysninger om kalibreringslod gå ind på: http://www.kern-sohn.com.• Sørg for stabile omgivende forhold. Sørg for den påkrævede opvarmningstid for at stabilisere vægten, jf. afsnit 1.
---	--

	<p>I tilfælde af verificerede vægte er der ikke adgang til „tCH” servicemenuen. For at slå adgangslåsen fra brydes plomben og kalibreringsafbryderen trykkes på. Placering af kalibreringsafbryderen - se afsnit 17.</p> <p>Bemærk: Efter brud af plomben skal vægtsystemet – inden det tages i brug igen, i tilfælde af anvendelser, hvor verificering er påkrævet – verificeres igen af autoriseret bemyndiget organ og mærkes behørigt ved anbringelse af en ny plombe.</p>
---	--

Gennemførelse:

	⇒ I vejemode trykkes der flere gange på  , indtil [tCH] menu vises.
	⇒ Tryk på  , [Pin] vises.

	<p>⇒ Tryk på taster ,  og , en efter den anden, indtil [P1 SPd] kommer frem.</p>
 ↓  	<p>⇒ Tryk på , [P2 CAL] vises.</p> <p>⇒ Tryk på kalibreringsafbryderen, placering - se afsnit 17.</p> <p>⇒ Tryk på tast , der vises [duA rA] eller [SnG rA].</p> <p>⇒ Vælg [duA rA] option og godkend ved at trykke på , der vises [dESC].</p>
	<p>⇒ Tryk på , [dESC] vises.</p>
	<p>⇒ Tryk på  flere gange, indtil [CAL] vises.</p> <p>⇒ Godkend ved at trykke på , [UnloAd] vises.</p>
	<p>⇒ Der må ikke være nogen genstande på vægtpladen.</p> <p>⇒ Vent indtil stabilitetsvisning „STABLE” kommer frem og godkend ved at trykke på .</p>
 (eksempel)	<p>⇒ Størrelse af den aktuelt indstillede kalibreringslod vises. For at kunne ændre værdien vælges den position, du ønsker at ændre ved at trykke på  og ciferværdien ændres ved at trykke på .</p> <p>⇒ Godkendt ved at trykke på , hvorefter [LoAd] vises</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Sæt kalibreringslodet i midten af vægtpladen. ⇒ Vent, indtil stabilitetsvisning „STABLE” kommer frem.
<p style="text-align: center;">↓</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Godkend ved at trykke på , hvorefter [PASS] vises. ⇒ Vægten bliver selvdiagnosticeret, og følgende [Err19] vises og der kommer et lydsignal.
	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Sluk for vægten. ⇒ Tag kalibreringslod af. ⇒ Tænd for vægten igen, efter udførelse af selvdiagnose vil vægten vende tilbage til vejemode. Dette betyder, at kalibrering blev afsluttet succesfuld.